食品・飼料・環境 検査キット ＜きっとセーフ＞ シリーズ

Bioavid アレルゲン シリーズ

アレルギー原材料のラテラルフロー法 定性検査キット

欧州最大の食品検査キットメーカーR-Biopharm 社によって設立された研究開発型ベンチャーBioavid Diagnostics 社が、アレルギー原材料検出用ラテラルフロー法キットを開発し、R-Biopharm 社を通じ全世界に発売しています。
非常に短時間の操作で、速やかに結果が分かり、結果を受けて迅速な対処が可能になります。食品材料の検査のみならず、ふきとり試験にも、ご利用できます。

品名 コードNo. 価格・仕様	**Bioavid ラテラルフローテストキット シリーズ**	**製造：Bioavid Diagnostics 社**
	ラテラルフロー ココナッツ 10 テスト (BL600-10)	**ラテラルフロー アーモンド 10 テスト (BL601-10)**
	ラテラルフロー ブラジルナッツ 10 テスト (BL602-10)	**ラテラルフロー マスタード 10 テスト (BL603-10)**
	ラテラルフロー マカダミアナッツ 10 テスト (BL605-10)	**ラテラルフロー ピーナッツ 10 テスト (BL606-10)**
	ラテラルフロー 卵 10 テスト (BL608-10)	**ラテラルフロー ゴマ 10 テスト (BL609-10)**
	ラテラルフロー カシューナッツ 10 テスト (BL610-10)	**ラテラルフロー ピスタチオ 10 テスト (BL611-10)**
	ラテラルフロー ミルク 10 テスト (BL613-10)	**ラテラルフロー 甲殻類 10 テスト (BL616-10)**
	各キット価格 ： 10 テスト 16000 円	
	【ふきとりキット】(綿棒、ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾊﾞｲｱﾙ、ﾊﾟｽﾂｰﾙﾋﾟﾍﾟｯﾄ、ﾊﾞｯﾌｧｰ滴下びん) 25 テスト 4,300 円 (BS800-25)	【吸着用バッファー】(9mL の緩衝液が25本) 25 テスト 7,300 円 (BS810-25)
キット内容	反応バイアル：10 テスト 10 本、テストストリップ：10 テスト 10 本、 展開用バッファー10mL 1本、陽性コントロール1本	
目的・用途	各種アレルゲン(タンパク)の有無の定性分析	
原理	ラテラルフロー法(イムノクロマト法)ストリップテスト	
検出限界	ふきとり法：10μ g(乾燥重量) 食材試験：ピーナッツ・5ppm、その他・1ppm(食材マトリックスの影響がない場合)	
所要時間 保存条件	キット操作 約 15 分間 (前処理操作は別途検体数による) 2～25℃	
前処理	【ふきとり法】 蒸留水 1mL をサンプル・バイアルに入れる。 そのバイアルにバッファー滴下びんから 0.1mL(または2滴)を滴下する。 綿棒をそのバイアルに入れてバッファーを染み込ませる。 必要個所をその綿棒でふき取り、バイアルに戻し、器壁に綿棒を押しつけたり振り混ぜたりする。その 0.1mL(または2滴)を反応に用いる。	

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。 必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。 なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アヅマックス株式会社 http://www.azmax.co.jp/ E-mail:sales@azmax.co.jp
ご注文 お問合せは 東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-10-7 Tel 03-5543-1630 Fax 03-5543-0312

食品・飼料・環境 検査キット ＜きっとセーフ＞ シリーズ

操作	【食材の試験】 試料 50gと塩化ナトリウム4gをミキサーに入れ 450mL の蒸留水を加えて5分間ホモジナイス。ろ過または遠心分離で上清を得る。その 0.1mL（または2滴）を反応に用いる。 【食材の試験】（コーヒー、ココア、チョコレート、赤ワイン等ポリフェノールの多い食材では） 試料1ｇ（または1mL）をあらかじめ良く振った吸着用バッファー入りサンプル・バイアルに入れる。10-15 分間、振とうしながら室温でインキュベートする。 2000-3000xg で3－5分間遠心分離し上清を得る。その 0.1mL（または2滴）を反応に用いる。 キットにより異なります。また、予告なく仕様変更される場合があります。必ずキット取扱説明書でご確認下さい。以下は参考例です。 ①反応バイアルに展開用バッファー0.2mL（または7滴）を入れる。 ②前処理した試料液 0.1mL（または2滴）を反応バイアルに入れる。5分間静置。 ③テストストリップを入れ、5 分間静置後、バンドを観察する。2 本＝陽性。
その他必要機器 試薬	蒸留水。バイアル用ラック。ミキサー。漏斗、漏斗台。ろ紙。遠心分離器。メスシリンダー。 詳細は取扱説明書をご覧下さい。

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。　必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。　なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アヅマックス株式会社　http://www.azmax.co.jp/　E-mail:sales@azmax.co.jp
ご注文 お問合せは 東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-10-7 Tel 03-5543-1630 Fax 03-5543-0312